



VISION SEDİMANTASYON BAKIM ÇİZELGESİ

AY _____

YIL _____

SERİ NO _____

HAFTALIK	1	2	3	4	5
Cihaz Dış Yüzey Temizliği (Dezenfeksiyon)					

**Vision Sedimentasyon cihazları için tanımlanmış bir bakım programı bulunmamaktadır.

Yukardaki tabloda belirtildiği gibi yalnızca haftalık yüzey temizliği cihaz bakımı için yeterlidir.